

Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал
Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева»
(УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»)

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4
тел: +7(343)350-26-18, факс: +7(343)350-20-39, uniim@uniim.ru, www.uniim.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311473



ВНИИМ
им. Д.И.Менделеева

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ

№ С-С/18-07-2023/263631192

Действительно до «17» июля 2024 г.

Средство измерений Гистерезисграф автоматический АМТ-4, 40381-09

наименование, тип, модификация средства измерения, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

в составе электромагнит DST-140, катушки измерительные

заводской номер 0726

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерения

в соответствии с МП 02-261-2009 «ГСИ. Гистерезисграф автоматический модели АМТ-4.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

Методика поверки»

с применением эталонов Катушка взаимной индуктивности Р-536 (катушка магнитного

регистрационный номер и(или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

потока), зав. № 1373 (рег.№1269.59.2Р.00229290); Катушка электрического сопротивления

измерительная Р321, зав. № 224874 (рег.№1162.58.3Р.46324); Измеритель магнитной индукции

Ш1-9, зав. № 2304/2336 (рег.№9335.83.2Р.00291184); Измеритель напряженности магнитного

поля Gauss-/Teslameter FH 54, № 117984; Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246, зав.

№ CJ880046 (рег.№34295.07.3Р.00271290)

при следующих значениях влияющих факторов температура окружающего воздуха 22,1 °С;

перечень влияющих факторов,

относительная влажность воздуха 40,3 %

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано

непущаю зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки



Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-263631192>

Поверитель

Никова Е.С.

фамилия, инициалы

И.о. заведующего лабораторией 261

должность, руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

Цай И.С.

фамилия, инициалы

Дата поверки

«18» июля 2023 г.

Метрологические характеристики и (или) протокол поверки

Протокол поверки № 36585 от 18 июля 2023 года.

Дополнительная информация

Принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью "Полимагнит", ИНН 7724575856


Поверитель



Никова Е.С.

фамилия, инициалы

Менеджер по качеству



Гриценко В.Ю.

фамилия, инициалы

серия Е № 023780